

IMPORTANT
RAPPEL DE LOTS

Peshtera, 22 janvier 2024

Madame, Monsieur,

Produits concernés

Product Code	Product Name	Lot Number
9509417611867	BARI FFP2 BKG-N01 (Unité)	2022025
9507972357299	BARI FFP2 BKG-N01 (Boite de 10 pcs)	2022105
Le problème concerne les boîtes avec le numéro de lot 2022105 qui contiennent des masques avec le numéro de lot 2022025.		

Description du problème

Un petit nombre de produits de la marque BARI avec la référence BKG-N01 dont la boîte porte le numéro de lot 2022105 et les masques portent le numéro de lot 2022025 se sont révélés non conformes au règlement 2016/425 et doivent donc être rappelés.

Risques encourus

La déclaration UE de conformité n'est pas présente avec le produit (Art. 8 §8 du PPER) il n'y a pas d'adresse internet où la déclaration UE de conformité peut être consultée (Annexe II 1.4 (I) +art. 8 §8 du PPER); la section "avertissement" du manuel sur la boîte n'est pas présente sur l'emballage individuel des produits (Annexe II 1.4 + art. 8 §7 du PPER). Les tests montrent que le masque de protection respiratoire ne répond pas aux exigences de la norme EN 149:2001 +A1:2009, paragraphes §7.9.1 (fuite totale vers l'intérieur) et §7.9.2 (pénétration du matériau filtrant).

Ces graves lacunes du produit signifient que l'utilisateur n'est pas suffisamment protégé contre les aérosols nocifs. À long terme, cela peut entraîner des lésions du système nerveux ainsi que des dommages irréversibles aux organes internes (par exemple l'œsophage, l'estomac, le foie, les poumons et les reins), l'estomac, le foie, les poumons et les reins).

FORMULAIRE DE REPONSE

Rappel de lot – lettre du 22 janvier 2024

Product Code	Product Name	Lot Number

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par
e-mail à **rappel.lot@gmail.com**

Nom et adresse de l'établissement :	
Réponse complétée par :	
Fonction :	
N° de téléphone :	

Nous n'avons plus les produits concernés en stock.

Nous avons encore unités de:

Code produit	N° de lot	Quantité

Signature/Date : champ obligatoire	
--	--